УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Farg‘ona Med Supply»

_____ К. Турсунова
«____» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка УЗИ-аппарата экспертного класса с 4 датчиками, монтаж и обучение

1. Общие сведения

Заказчик: Farg‘ona Med Supply, частный диагностический центр, г. Фергана.

Предмет закупки: ультразвуковая диагностическая система экспертного класса с четырьмя датчиками, программными пакетами и источником бесперебойного питания.

Место поставки и монтажа: кабинет ультразвуковой диагностики заказчика, г. Фергана.

Срок поставки: не более 45 календарных дней с даты получения аванса; монтаж и пусконаладка — не более 5 рабочих дней после поставки.

2. Комплектность

Базовый блок ультразвуковой системы экспертного класса — 1 шт.

Датчики: конвексный 1–6 МГц, линейный 3–12 МГц, секторный фазированный 1–5 МГц, внутриполостной 3–10 МГц — по 1 шт.

Программные пакеты: абдоминальный, кардиологический, акушерско-гинекологический, сосудистый, поверхностных органов, эластография.

Черно-белый видеопринтер, онлайн-ИБП мощностью не менее 2 кВА, комплект документации на русском языке.

3. Технические требования

Монитор LED/OLED диагональю не менее 21,5 дюйма с разрешением Full HD на шарнирном кронштейне.

Сенсорная панель управления не менее 10 дюймов, регулировка панели по высоте.

Не менее 4 активных портов для подключения датчиков.

Режимы: B, M, анатомический M, цветовой и энергетический допплер, импульсно-волновой и постоянно-волновой допплер, тканевой допплер, панорамное сканирование.

Компрессионная эластография; эластография сдвиговой волной — опционально, с отдельной ценой.

DICOM 3.0 (Storage, Worklist, Print), встроенный архив не менее 500 ГБ, экспорт в DICOM, JPEG и AVI на USB-носитель.

4. Требования к качеству и документации

Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации, год выпуска — не ранее 2026.

Регистрационное удостоверение изделия медицинского назначения в Республике Узбекистан.

Руководство пользователя и сервисная документация на русском или английском языке.

5. Монтаж, пусконаладка и обучение

Монтаж и пусконаладку выполняют сертифицированные инженеры поставщика с подключением к сети и PACS заказчика.

Обучение трёх врачей на месте — не менее 2 рабочих дней с выдачей сертификатов.

Ввод в эксплуатацию оформляется актом, подписанным обеими сторонами.

6. Гарантийные обязательства

Гарантия на систему и датчики — не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Время реакции сервисной службы — не более 48 часов, восстановление работоспособности — не более 10 рабочих дней.

Обновления программного обеспечения в течение гарантийного срока — без оплаты.

7. Порядок оплаты

Аванс 30 % — в течение 5 банковских дней после подписания договора.

Оставшиеся 70 % — в течение 10 банковских дней после подписания акта ввода в эксплуатацию.

Расчёты в сумах по курсу Центрального банка на дату платежа.

8. Требования к участникам

Статус официального дистрибьютора производителя, подтверждённый авторизационным письмом.

Лицензия на реализацию медицинской техники, сервисный центр в Узбекистане.

Не менее 5 аналогичных поставок за последние 3 года.

Приложение. Номенклатура и объёмы

№	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Ультразвуковая система экспертного класса	базовый блок, монитор от 21,5", сенсорная панель от 10", 4 порта датчиков	шт	1
2	Датчик конвексный	1–6 МГц	шт	1
3	Датчик линейный	3–12 МГц	шт	1
4	Датчик секторный фазированный	1–5 МГц	шт	1
5	Датчик внутриполостной	3–10 МГц	шт	1
6	Программные пакеты	эластография, кардиология, DICOM 3.0	компл.	1
7	Видеопринтер черно-белый	формат А6	шт	1
8	Источник бесперебойного питания	онлайн, не менее 2 кВА	шт	1

№	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
9	Монтаж, пусконаладка и обучение	3 врача, не менее 2 рабочих дней	услуга	1

Ответственный представитель заказчика: _____ К. Турсунова